

Tuotenumero 29041709

Tutkimuskäsineet, Abena Classic Protect, XS, sininen, nitrili, puuteriton


- ✓ Joustava
- ✓ Käteen hyvin istuva
- ✓ Ei sisällä lateksiproteiineja

**Tuotekuvaus**

Joustava tutkimuskäsine, joka istuu käteen hyvin. Voidaan käyttää erilaisiin tehtäviin, kuten siivoukseen, hoitotehtäviin, ruoan käsittelyyn, laboratorio-työtehtäviin, lääkkeiden käsittelyyn, sytostaattien ja hormonivoiteiden käsittelyyn. Ei sisällä lateksiproteiineja, joten käyttö on turvallista myös lateksiallergiatapauksissa.

**MEDIUM GRIP**

EN374-5:2016

374-1:2016/
type B**EN EN**
420 455**Tuoteominaisuudet**

Lyhyt nimi	Tutkimuskäsineet
Brändi	Abena
Alabrändi	Classic Protect
Koko	XS
Väri	Sininen
Ominaisuudet	Lateksiton, karhennetut sormenpäät, keskitason pito, rullareuna
Ominaisuudet	Puuteriton
Yksi vai useampi käyttökerta	Kertakäyttöinen
Materiaali	Nitrili
Tekniset ainesosat	Nitrile NBR, Titanium Dioxide, Zinc oxide, Sulfur, ZDBC, Ammonium, Antioxidant, Calcium stearate, Calcium Nitrate, Chlorine, MPL 919 Farperse Blue
Pituus/syvyys	240 mm
Leveys	76 mm
Paksuus	0,07 mm
Todistukset	CE, Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit, CAT III, MD
CE-luokitus	CAT III
CE-luokka	Class I
Tuote- tai testistandardit	AQL 1.0, EN 374-1:2016 Type B KPT, EN 374-5:2016 VIRUS, EN 420, EN 455
Direktiivit, asetukset ja säädökset	MDR (EU) 2017/745, 425/2016/EU, 10/2011/EU
Säilyvyysaika	5 vuotta
Säilytysohjeet	Varastointi kuivassa ja puhtaassa paikassa huoneenlämmössä.
Tuotteen hävittämishjeet	Lajittele muovina. Jos tuote on kontaminoitunut, hävitetään sairaalajätteenä.

Käyttöohjeet

Tarkista käsineet mahdollisten vikojen osalta ennen käyttöä.

Pakkaustiedot

Yksikkö	Sisältää	Pituus	Leveys	Korkeus	EAN
ltk	1500 kpl	0.38 m	0.255 m	0.25 m	5703538417313
pkt	150 kpl	0.24 m	0.124 m	0.075 m	5703538417290
paria	2 kpl	0 m	0 m	0 m	



Lasi-haarukkamerkki takaa, että tuotteet on testattu EU:n lainsäädännön mukaisesti ja hyväksytty elintarvikekontaktiin. Tämä merkki on pakollinen tuotteissa, joita käytetään elintarvikekontaktissa.



CE-merkintä on valmistajan vakuutus siitä, että tuote täyttää sitä koskevien EU:n direktiivien ja asetusten olennaiset vaatimukset, mukaanlukien turvallisuusvaatimukset. CE tarkoittaa Conformité Européenne (EU-vaatimustenmukaisuus) merkintää. Sitä käytetään pääasiassa elektroniikkalaitteille, turvalaitteille, rakennusalan tuotteille ja lääkinnällisille laitteille.



Kaikilla luokan III henkilönsuojaimilla on oltava kolmannen osapuolen tyyppihyväksyntä. Kemikaalisuojakäsineissä CE-merkin käyttämisen edellytyksenä on EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 -standardissa määriteltyjen testistandardien, kuten EN 16523-1:2015 + A1:2018 mukaisten testien suorittaminen kemikaalien läpäisevyyden määrittämiseksi. Tämän testin tulokset määrittävät ne symbolit, joita voidaan käyttää pakkausmerkinnöissä.



Käsineessä on keskivahva pito.



Käsineen pituus on 240 mm.



Ei sisällä lateksia.



Kärhennetyt sormenpäät.



EN 455 koostuu neljästä standardista, joiden mukaan käsineet on testattava, jotta ne hyväksytään terveydenhuollossa käytettäväksi käsineiksi. Tämä standardi määrittelee kertakäyttöisiä terveydenhuollon käsineitä koskevat vaatimukset.



Standardi määrittelee suojakäsineiden vaatimukset suhteessa yleisiin vaatimuksiin ja testimenetelmiin.

EN374-5:2016



Standardi määrittelee vaarallisilta kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavia käsineitä koskevat vaatimukset. Tämä standardin osa kuvaa käsineen kykyä vastustaa bakteerien, sienien ja virusten läpikäymistä.



Standardi määrittelee kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavia käsineitä koskevat vaatimukset. Tyyppi B on testattu vähintään 30 minuutin tunkeutumisajan suhteen kemikaaleille, jotka ovat 40% natriumhydroksidi, 30% vetyperoksidi ja 37% formaldehydi.